

# 呉羽総合病院 禁忌早見表

## MRI 検査 絶対禁忌

### ●磁性体

心臓ペースメーカー、人工内耳、眼球インプラント、除細動器、補聴器、スワンガルツカテーテル（心臓）、調整弁付き脳室シャント、Poppen-Blaylock の頸動脈クランプ、スター・エドワード型（1970 年以前）の心臓人工弁、十字靱帯再建用スクリュー（Perfix interference screw）

### ●全身状態

心停止の可能性の高い患者、心不全、発熱、発汗能低下、意識障害、錯乱、**刺青**、鎮静剤大量接種、コミュニケーション不能状態、閉所恐怖症、**妊娠初期（4 ヶ月未満）の妊婦**

## MRI 検査 原則禁忌

### ●検査部位と離れていれば検査可

体内金属断片・粉（金属加工等の仕事や事故など）

### ●取り外せば検査可

**アイライン（磁性体含有）**、ニトログリセリン絆創膏

## MRI 検査 要注意者

### ●医師の承認があれば

上記以外の心臓人工弁装着者、コイル・ステント留置（術後 6 週間以内）、頸動脈クランプ、**2000 年以前の整形外科用金属**

### ●患者の同意があれば

マグネット式入れ歯

## MRI 検査可能

非磁性体金属（チタンなど）、義歯（脱着可能）、消化器手術クリップ、胸骨切開術ワイヤー、脳神経外科用材料（骨弁、固定ワイヤー、プレート）、**眼内レンズ**、コイル・ステント留置（術後 6 週間経過）、2000 年以降の整形外科用金属、乳房組織拡張器（人工乳房）、子宮内避妊具、避妊ペッサリー